

# 报 告

合肥市生态环境保护局信息中心：

2021年9月4日22时-9月5日10时30分，我厂废水在线PH数值为零，经与第三方联系排查，系PH计供电故障，仪器内部24V电源故障，立即更换24V电源，10点30分测量6.86标液，结果为6.85，恢复正常。现向贵局报备，请予以办理为盼，谢谢！

安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂

2021年9月6日





# 安徽省碧水电子技术有限公司函

碧水公司函（2021）

## 关于安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂在线监测设备异常的说明

安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂：

仪器类别型号：排口 8500A PH

故障发生时间：2021年9月4日 22时00分

接到报修时间：2021年9月5日 08时30分

现场服务时间：2021年9月5日 09时20分

故障发生现象：9月4日22时-9月5日10时30分PH值为0。

故障发生原因：仪器内部24V电源故障，PH计供电故障。

故障解决方法：更换24V电源，10时30分测量6.86标液，结果为6.85，恢复正常。

仪器恢复时间：2021年9月5日10时30分

安徽省碧水电子技术有限公司运营部

2021年9月5日

